

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número 59450

Number

Página 1 de 3 páginas
Page of pages

Calibración Asistencia Técnica, S.L.

Basters, 17
Polígono Industrial Riera de Caldes
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel. 93 863 91 61 — Fax 93 864 85 42
laboratorio@catbcn.com — www.catbcn.com



Calibración
Asistencia
Técnica

Objeto Item	CONJUNTO DE RESISTENCIAS / RESISTANCE KIT
Fabricante Manufacturer	METTLER TOLEDO
Marca/Modelo Trademark/Type	ME-51302410
Identificación Identification	A311
Solicitante Applicant	METTLER TOLEDO PAC RIM AG-TAIWAN BRANCH TAIPEI 11494 TAIWAN
Fecha/s de Calibración Date/s of Calibration	04/06/2021

Persona/s que autoriza/n
Person/s authorizing

Fecha de emisión
Date of issue 07/06/2021

CODIGO INTERNO: C-34021 / A-31940



Calibración Asistencia Técnica S.L. es un laboratorio de calibración acreditado por ENAC con acreditación número 62/LC10.039, en las magnitudes de Caudal, Electricidad CC y Baja Frecuencia, Presión y Vacío, Temperatura y Humedad y Velocidad de Aire.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

Calibración

Calibration

Antes de proceder a la calibración el instrumento permaneció durante un periodo de 24 horas en condiciones ambientales estables de (22 ± 2) °C y humedad relativa menor del 60 % hr. La temperatura durante la calibración fue de (22 ± 2) °C y la humedad relativa menor del 60 % hr.

El procedimiento utilizado para la calibración fue:
ITC-211

Patrón utilizado:
E-021 N/S: 44720

Before to calibration the instrument remained for a period of 24 hours in stable environmental conditions (22 ± 2) °C and relative humidity less than 60% RH. The temperature during the calibration of (22 ± 2) °C and relative humidity less than 60% RH.

*Procedure used for calibration:
ITC-211*

*Reference instrument:
E-021 N/S: 44720*

Incertidumbre

Uncertainty

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA 4 / 02.

Los valores que aparecen en las tablas se entienden corresponden al momento de la medida, no haciéndose consideración alguna sobre la estabilidad del instrumento.

The measurement-expanded uncertainty was obtained by multiplying the typical measurement uncertainty by a cover factor of 2 that for a normal distribution, gives a cover probability of 95%. The typical measurement uncertainty was determined as per EA 4 / 04.

The values and uncertainties given are at the instant of measurement, and do not consider the instrument stability.

Observaciones

Observations

Las medidas han sido realizadas a cuatro hilos.
Desviación = valor medido – valor nominal

Fecha de recepción del instrumento: 02/06/2021

*The measures have been taken to four wires.
Deviation = measured value – nominal value*

Instrument received: 02/06/2021

Resultados obtenidos
Results

<i>Resistencia / Resistance</i>						
VALOR NOMINAL	MODELO		TIPO CONECTOR	VALOR MEDIDO	DESVIACION	INCERT.
NOMINAL VALUE	MODEL	(unidad / unit)	CONECTOR TYPE	MEASURED VALUE	DEVIATION	UNCERT.
(unidad / unit)				(unidad / unit)	(unidad / unit)	(±unidad / ± unit)
1,00000	0 °C	kΩ	banana	1,000153	0,000153	0,000014
1,09735	25 °C	kΩ	banana	1,097468	0,000118	0,000015
1,19397	50 °C	kΩ	banana	1,194162	0,000192	0,000016
1,28987	75 °C	kΩ	banana	1,290173	0,000303	0,000018
1,38506	100 °C	kΩ	banana	1,385232	0,000172	0,000019
94,980	0 °C	kΩ	cinch	95,0009	0,0209	0,0018
30,000	25 °C	kΩ	cinch	29,9856	-0,0144	0,0013
10,969	50 °C	kΩ	cinch	10,96595	-0,00305	0,00019
4,528	75 °C	kΩ	cinch	4,52718	-0,00082	0,00014
2,070	100 °C	kΩ	cinch	2,06964	-0,00036	0,00012