



校正報告

校正日期: 2023/05/26

報告編號: 23C340256

儀具名稱	法碼	識別號	SVC-A0038
廠牌型號	10 kg	序號	X2240
委校單位	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司台灣分公司	地址	台北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

校正結果

項次	標稱值	器差	擴充不確定度
1.	10 kg	17.8 mg	5.2 mg

校正說明

- 環境溫度: $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$
相對濕度: $(55 \pm 5)\%$
- 校正期間: 本校正作業係2023/05/26執行。
- 校正方法: 依本院 CP-MA-0005(4) 法碼校正程序書校正。
- 標準儀具: 法碼
廠牌型號: SARTORIUS CLASS E2
儀具序號: 20406345
校正日期: 2022/06/06(校正週期1年)
報告編號: NCSIST(TAF0150) 22C400342
可追溯至: NML(TAF N0882) M210039A & M210056A & M190058A
- 不確定度: 採擴充不確定度 $U = k \cdot u_c$, 其中 u_c 為組合標準不確定度, $k=2$, k 為信賴水準約95%之涵蓋因子。
- 本實驗室符合 ISO/IEC 17025 之規定。結果僅對校正件有效。
- 器差 = 標準值 - 標稱值, 標準值為約定質量值。

(本頁以下空白)



校正人

C34

簽署人

系統維護中心 羅允劭
儀具組副組長