



## 校正報告

校正日期: 2023/05/26

報告編號: 23C340257


儀具名稱	法碼	識別號	SVC-A0039
廠牌型號	20 kg	序號	X2356
委校單位	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司台灣分公司	地址	台北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

## 校正結果

項次	標稱值	器差	擴充不確定度
1.	20 kg	27 mg	12 mg

## 校正說明

- 環境溫度:  $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$   
相對濕度:  $(55 \pm 5)\%$
  - 校正期間: 本校正作業係2023/05/26執行。
  - 校正方法: 依本院 CP-MA-0005(4) 法碼校正程序書校正。
  - 標準儀具: 法碼  
廠牌型號: SARTORIUS CLASS E2  
儀具序號: 20406345  
校正日期: 2022/06/06(校正週期1年)  
報告編號: NCSIST(TAF0150) 22C400342  
可追溯至: NML(TAF N0882) M210039A & M210056A & M190058A
  - 不確定度: 採擴充不確定度  $U = k \cdot u_c$ , 其中  $u_c$  為組合標準不確定度,  $k=2$ ,  $k$  為信賴水準約95%之涵蓋因子。
  - 本實驗室符合 ISO/IEC 17025 之規定。結果僅對校正件有效。
  - 器差 = 標準值 - 標稱值, 標準值為約定質量值。
- (本頁以下空白)



校正人

C34

簽署人

系統維護中心 羅允劭  
儀具組副組長