

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número 67267

Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages

Calibración Asistencia Técnica, S.L.

Basters, 17
Polígono Industrial Riera de Caldes
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel. 93 863 91 61 — Fax 93 864 85 42
laboratorio@catbcn.com — www.catbcn.com



Calibración
Asistencia
Técnica

Objeto
Item RESISTANCE KIT

Fabricante
Manufacturer METTLER TOLEDO

Marca/Modelo
Trademark/Type ME-51302861

Identificación
Identification S027

Solicitante
Applicant METTLER-TOLEDO PAC RIM AG, TAIWAN
2F, NO.17, LANE 171, JIU ZONG RD., SEC.2
11494 TAIPEI
TAIWAN

Fecha/s de Calibración
Date/s of Calibration 04/01/2023

Persona/s que autoriza/n
Person/s authorizing

Fecha de emisión
Date of issue 11/01/2023

CODIGO INTERNO: C-17129 / A-36348



Calibración Asistencia Técnica S.L. es un laboratorio de calibración acreditado por ENAC con acreditación número 62/LC10.039, en las magnitudes de Caudal, Electricidad CC y Baja Frecuencia, Presión y Vacío, Temperatura y Humedad y Velocidad de Aire.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

Certificado de Calibración

Número: 67267
Number:

Página 2 de 3
Page of



Calibración

Calibration

Antes de proceder a la calibración el instrumento permaneció durante un periodo de 24 horas en condiciones ambientales estables de $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ y humedad relativa menor del 60 % hr. La temperatura durante la calibración fue de $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ y la humedad relativa menor del 60 % hr.

El procedimiento utilizado para la calibración fue:
ITC-211

Patrón utilizado:
E-036 N/S: 45321

Before to calibration the instrument remained for a period of 24 hours in stable environmental conditions $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and relative humidity less than 60% RH. The temperature during the calibration of $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and relative humidity less than 60% RH.

*Procedure used for calibration:
ITC-211*

*Reference instrument:
E-036 S/N: 45321*

Incertidumbre

Uncertainty

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA 4 / 02.

Los valores que aparecen en las tablas se entienden corresponden al momento de la medida, no haciéndose consideración alguna sobre la estabilidad del instrumento.

The measurement-expanded uncertainty was obtained by multiplying the typical measurement uncertainty by a cover factor of 2 that for a normal distribution, gives a cover probability of 95%. The typical measurement uncertainty was determined as per EA 4 / 04.

The values and uncertainties given are at the instant of measurement, and do not consider the instrument stability.

Observaciones

Observations

Las medidas han sido realizadas a cuatro hilos.
Desviación = valor medido – valor nominal

Fecha de recepción del instrumento: 23/12/2022

*The measures have been taken to four wires.
Deviation = measured value – nominal value*

Instrument received: 23/12/2022

Certificado de Calibración

Número: 67267
Number:

Página 3 de 3
Page of



Resultados obtenidos

Results

Resistencia / Resistance					
VALOR NOMINAL NOMINAL VALUE (unid / unit)	MODELO MODEL	VALOR MEDIDO (unid / unit)	DESVIACION MEASURED VALUE (unid / unit)	INCERT. UNCERT. (±unid / ± unit)	
10	Cond	Ω	10,00431	0,00431	0,00062
150	Cond	Ω	149,9952	-0,0048	0,0026
1	Cond	kΩ	1,000017	0,000017	0,000014
1,5	Cond	kΩ	1,500871	0,000871	0,000020
15	Cond	kΩ	14,99695	-0,00305	0,00023
150	Cond	kΩ	149,9873	-0,0127	0,0024
1	Cond	MΩ	1,000894	0,000894	0,000025
5	ISFET	kΩ	5,00106	0,00106	0,00014
10	ISFET	kΩ	9,99693	-0,00307	0,00018
15	ISFET	kΩ	14,99966	-0,00034	0,00023