

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número 73535

Number

Página 1 de 3 páginas

Page of pages

INSTRUMENTOS WIKA, S.A. (Unipersonal) (WIKA) (CAT)

Basters, 17

Polígono Industrial Riera de Caldes
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

Tel. 93 863 91 61 — Fax 93 864 85 42

lab-cat@wika.com — www.wika.com



Del Grupo WIKA

Objeto
Item RESISTANCE

Fabricante
Manufacturer METTLER TOLEDO

Marca/Modelo
Trademark/Type ME-51105635

Identificación
Identification TC01A0521 (SVC-T046)

Solicitante
Applicant METTLER TOLEDO, SAE
C/ SEGRÍA, 7-9
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA

Fecha/s de Calibración
Date/s of Calibration 29/01/2024

Persona/s que autoriza/n
Person/s authorizing

Fecha de emisión
Date of issue 29/01/2024

CODIGO INTERNO: C-41525/ A-39159



INSTRUMENTOS WIKA, S.A. (Unipersonal) (WIKA) (CAT) es un laboratorio de calibración acreditado por ENAC con acreditación número 62/LC10.039, en las magnitudes de Caudal, Electricidad CC y Baja Frecuencia, Masa, Presión y Vacío, Temperatura y Humedad y Velocidad de Aire.

INSTRUMENTOS WIKA, S.A. (Unipersonal) (WIKA) (CAT) is a calibration laboratory accredited by ENAC with accreditation number 62/LC10.039, in the magnitudes of Flow, DC and Low Frequency Electricity, Mass, Pressure and Vacuum, Temperature and Humidity and Air Speed.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

Certificado de Calibración

Número: 73535
Number:

Página 2 de 3
Page of



Calibración Calibration

Antes de proceder a la calibración el instrumento permaneció durante un periodo de 24 horas en condiciones ambientales estables de $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ y humedad relativa menor del 60 % hr. La temperatura durante la calibración fue de $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ y la humedad relativa menor del 60 % hr.

El procedimiento utilizado para la calibración fue:
ITC-211 Ed.7

Patrón utilizado:
E-036 N/S: 45321

Before to calibration the instrument remained for a period of 24 hours in stable environmental conditions $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and relative humidity less than 60% RH. The temperature during the calibration of $(22 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and relative humidity less than 60% RH.

*Procedure used for calibration:
ITC-211 Ed.7*

*Reference instrument:
E-036 S/N: 45321*

Incertidumbre Uncertainty

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M: 2022.

Los valores que aparecen en las tablas se entienden corresponden al momento de la medida, no haciéndose consideración alguna sobre la estabilidad del instrumento.

The measurement-expanded uncertainty was obtained by multiplying the typical measurement uncertainty by a cover factor of 2 that for a normal distribution, gives a cover probability of 95%. The typical measurement uncertainty was determined as per EA-4/02 M: 2022.

The values and uncertainties given are at the instant of measurement, and do not consider the instrument stability.

Certificado de Calibración

Número: 73535
Number:

Página 3 de 3
Page of



Observaciones

Observations

Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

En los certificados emitidos y firmados digitalmente, cualquier impresión en papel será considerada una copia.

No se permite la reproducción parcial del certificado de calibración. Los extractos y cambios del informe requieren de la autorización por escrito del laboratorio de calibración que ha emitido el certificado.

Las medidas han sido realizadas a cuatro hilos.

Desviación = valor medido – valor nominal

Fecha de recepción del instrumento: 23/01/2024

Unsigned calibration certificates are not valid.

In certificates issued and digitally signed, any print on paper will be considered a copy.

The partial reproduction of the calibration certificate is not allowed. Extractions and changes to the report require the written authorization of the calibration laboratory that issued the certificate.

The measures have been taken to four wires.

Deviation = measured value - nominal value

Instrument received: 23/01/2024

Resultados obtenidos

Results

Resistencia / Resistance				
VALOR NOMINAL	VALOR MEDIDO	DESVIACION	INCERT.	
NOMINAL VALUE (unid / unit)	MEASURED VALUE (unid / unit)	DEVIATION (unid / unit)	UNCERT. (± unid / ± unit)	
250	MΩ	248,9	-1,1	2,3