

經濟部標準檢驗局 法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下 此致

1/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		1	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		2	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		3	20kg	19.9998kg
M ₁ 級法碼		4	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		5	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		6	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		7	20kg	19.9998kg
M ₁ 級法碼		8	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		9	20kg	20.0005kg
M ₁ 級法碼		10	20kg	20.0000kg

校畢日期： 112 年 08 月 07 日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

邵嘉生
 臺中分局局長
 局長授權簽發

經濟部標準檢驗局法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下

此致

2/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		11	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		12	20kg	20.0001kg
M ₁ 級法碼		13	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		14	20kg	20.0001kg
M ₁ 級法碼		15	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		16	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		17	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		18	20kg	19.9996kg
M ₁ 級法碼		19	20kg	19.9996kg
M ₁ 級法碼		20	20kg	20.0001kg

校畢日期： 112 年 08 月 07 日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

臺中分局
 局長 邵嘉生
 局長授權簽發

經濟部標準檢驗局法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下 此致

3/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		21	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		22	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		23	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		24	20kg	20.0003kg
M ₁ 級法碼		25	20kg	19.9993kg
M ₁ 級法碼		26	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		27	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		28	20kg	19.9999kg
M ₁ 級法碼		29	20kg	20.0005kg
M ₁ 級法碼		30	20kg	19.9997kg

校畢日期： 112 年 08 月 07 日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

臺中分局
 局長 邵嘉生
 局長授權簽發

經濟部標準檢驗局法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下 此致

4/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		31	20kg	19.9996kg
M ₁ 級法碼		32	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		33	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		34	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		35	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		36	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		37	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		38	20kg	20.0001kg
M ₁ 級法碼		39	20kg	19.9995kg
M ₁ 級法碼		40	20kg	20.0000kg

校畢日期： 112 年 08 月 07 日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

局長授權簽發 **臺中分局 邵嘉生**
分局長

經濟部標準檢驗局 法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下 此致

5/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		41	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		42	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		43	20kg	19.9997kg
M ₁ 級法碼		44	20kg	19.9995kg
M ₁ 級法碼		45	20kg	19.9996kg
M ₁ 級法碼		46	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		47	20kg	19.9999kg
M ₁ 級法碼		48	20kg	20.0003kg
M ₁ 級法碼		49	20kg	20.0002kg
M ₁ 級法碼		50	20kg	19.9996kg

校畢日期： 112 年 08 月 07 日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

臺中分局
 局長 邵嘉生
 局長授權簽發

經濟部標準檢驗局法碼校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下

此致

6/6

瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司

No. 80BF1250000053

申請日期	112年07月18日	申請者名稱	瑞士商梅特勒托利多股份有限公司臺灣分公司
負責人	林桂興	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第號
電話	02-2657-8898#244	地址	臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號2樓

下列器具經校驗結果：

法碼等級	廠牌	器號或記號	標稱值	校驗結果
M ₁ 級法碼		51	20kg	20.0003kg
M ₁ 級法碼		52	20kg	20.0000kg
M ₁ 級法碼		53	10kg	9.9999kg
M ₁ 級法碼		54	20kg	20.0003kg
M ₁ 級法碼		55	20kg	19.9995kg
M ₁ 級法碼		56	20kg	20.0004kg
		以下空白		
		--		
		--		
		--		

校畢日期： 112年08月07日

校驗地點： 臺中市南區工學路70號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MEW-540-018

局長授權簽發 **邵嘉生**
臺中分局長